

Додаток 2
до Критеріїв відбору
установи державної та/або
комунальної власності, яка
виконує функції ЕЦНС
(пункт 2 розділу III)

**Мінімальний перелік приміщень
Експертного центру неонатального скринінгу**

Приміщення	Вимоги
Сектор імунофлюоресцентного аналізу	
Пробопідготовка	Електропостачання, вода, УФ-опромінення
Апаратна	Електропостачання, вентиляція, клімат-контроль, інтернет, площа не менше 16 м ²
Молекулярно-генетичний сектор	
Передбюкс пробопідготовки	Електропостачання, вода, УФ-опромінення
Пробопідготовка	Електропостачання, припливно-витяжна вентиляція, УФ-опромінення
Передбюкс апаратної	Електропостачання, вода, УФ-опромінення
Апаратна	Електропостачання, припливно-витяжна вентиляція, інтернет, УФ-опромінення
Сиквенаторна	Електропостачання, припливно-витяжна вентиляція, вода, інтернет, УФ-опромінення
Сектор хроматомаспектрометрії	
Пробопідготовка	Електропостачання, вода, УФ-опромінення, витяжна шафа
Апаратна 1	Електропостачання, вентиляція, клімат-контроль, інтернет, площа не менше 24 м ²
Апаратна 2	Електропостачання, вентиляція, клімат-контроль, інтернет, площа не менше 16 м ²
Апаратна 3	Електропостачання, вентиляція, клімат-контроль, інтернет, площа не менше 16 м ²
Загальні приміщення	
Прийом біоматеріалу	Електропостачання, вода, УФ-опромінення, інтернет
Зберігання реагентів	Електропостачання, вентиляція, клімат-контроль, площа не менше 16 м ²
Аналіз результатів	Електропостачання, вентиляція, клімат-контроль, інтернет
Кімната для персоналу	Вентиляція, клімат-контроль