

Додаток 2
до Критеріїв відбору
установ державної та/або
комунальної власності, які
виконують функції РЦНС
(пункт 2 розділу III)

**Мінімальний перелік приміщень
Міжрегіонального центру неонатального скринінгу**

Приміщення	Вимоги
Сектор імуофлюоресцентного аналізу	
Пробопідготовка	Вода, УФ-опромінення
Апаратна	Вентиляція, клімат-контроль, інтернет, площа не менше 16 м ²
Молекулярно-генетичний сектор	
Передбокс пробопідготовки	Вода, УФ-опромінення
Пробопідготовка	Припливно-витяжна вентиляція, УФ-опромінення
Передбокс апаратної	Вода, УФ-опромінення
Апаратна	Припливно-витяжна вентиляція, інтернет, УФ-опромінення
Сектор хроматомаспектрометрії	
Пробопідготовка	Вода, УФ-опромінення, витяжна шафа
Апаратна	Вентиляція, клімат-контроль, інтернет, площа не менше 24 м ²
Загальні приміщення	
Прийом біоматеріалу	Вода, УФ-опромінення, інтернет
Зберігання реагентів	Вентиляція, клімат-контроль, площа не менше 16 м ²
Аналіз результатів	Вентиляція, клімат-контроль, інтернет
Кімната для персоналу	Вентиляція, клімат-контроль